

(注意)

- 1 用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。
- 2 記入欄に記入事項のすべてを記入できないときは、その欄に「別紙()のとおり」と記入し別紙を添付すること。
- 3 申込書の記入要領は以下のとおり。
 - (1)担当分野欄
「薬事戦略相談に関する実施要綱」の別紙3「新医薬品、医療機器及び再生医療等製品の分野」から、該当する分野を選んで記入してください。
 - (2)被験製品の名称又は識別記号欄
被験製品の名称又は識別記号を記入してください。
 - (3)予定される類別欄
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第二を参考に記載してください。
 - (4)構成細胞及び導人遺伝子の名称欄
品目に含まれる構成細胞及び導人遺伝子の概略を把握できるような名称(例えば、ヒト(自己)○○由来細胞シート、ヒト○○遺伝子○○ウイルスベクターなど)を記入してください。
 - (5)用法又は使用方法の概要欄
用法(皮下注射、静脈内投与等の投与経路等)又は使用方法(移植部位、移植手法等)の概要を記入してください。
 - (6)予定される効能、効果又は性能欄
予定される効能、効果又は性能について記入してください。
 - (7)予定される治験の目的欄
予定される治験の目的、開発のフェーズを記入してください。
 - (8)手数料の区分欄
該当する相談の区分にチェックしてください。
 - (9)相談内容の概略欄
相談内容を具体的に記入してください。別紙として添付しても差し支えありません。なお、提出の際には、本欄の記入内容について、電子媒体(テキスト形式)を合わせて提出してください。

(10) 相談内容の種類欄

治療実施計画に関する相談で、相談内容が以下に該当する場合はその旨を記入してください。

① First-in-human試験

② 国際共同治療

(11) 治療実施計画作成時に助言を得た専門家の氏名及び所属欄

治療実施計画に関する相談で、治療実施計画書の作成に当たり、指導・助言を得た外部の専門家がいる場合には、その氏名及び所属を記入してください。対面助言に参加を予定している外部専門家には、氏名の頭に○印を付けてください。

(12) 同一被験製品についての過去の対面助言(治療相談を含む)欄

同一被験製品について過去に対面助言(治療相談を含む)を行っている場合には、その受付番号及び対面助言(治療相談を含む)の区分、相談年月日を記入してください。同一成分であって用法又は使用方法、及び効能、効果又は性能等が今回の申込みと異なる被験製品に対して相談を行っている場合も同様に記入し、年月日の後ろに括弧書きでその旨を記入してください。

(13) 特定細胞加工物等としての臨床使用実績の有無欄

被験製品が細胞加工物であり、同等の細胞加工物が「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に定義される特定細胞加工物等として臨床における使用実績がある場合にあってはその旨を記載してください。また、被験製品が遺伝子治療を目的としたベクターであり、当該ベクターを利用した臨床研究としての前例がある場合にあってはその旨を記載してください。

(14) 海外における承認状況欄

相談対象の被験製品が承認されている場合には、国名、承認年、承認効能を「○国(2003年承認、重症熱傷)」のように記入してください。

(15) 添付資料一覧欄

本申込みにあたり添付する資料の一覧を記入してください。

(16) 本申込みの担当者氏名、所属及び連絡先(電話、ファクシミリ、メールアドレス)
本相談の連絡窓口になる担当者1名(共同開発の場合にあっては、複数可)に

ついて氏名、所属及び連絡先(電話、ファクシミリ、メールアドレス)を記入してください。

なお、機構からの問い合わせ、案内等はこの欄に記入された担当者宛に行いますので、誤記、記入漏れ等のないようお願いいたします。

自ら治療を実施する医師の場合には、所属(医療機関名及びその所属診療科)を記入してください。

(17)備考欄

①共同開発の場合において連名で申込みを行わない場合には、共同開発の相手会社名等を記入し、その旨を明らかにしてください。

②自ら実施する治療の場合には、「自らが実施する治療」と記入してください。また、被験製品提供者が定まっている場合には、被験製品提供者名、提供者の連絡先担当者名、電話番号及びファクシミリ番号を記入してください。

③日程調整依頼を行う場合にあつては、対面助言の実施を希望する日(午前又は午後)及び希望しない日(午前又は午後)を可能な限り記載してください。

④日程調整結果を受けて本申込みを行う場合には、例えば「日程調整の結果、平成〇年〇月〇日午前(午後)・〇〇分野の対面助言実施予定」のように日程調整結果を記入してください。

⑤コンベンション製品になる予定の被験製品についてはその旨を記載してください。

(18)その他

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)及び氏名(法人にあつては、名称及び申込者の氏名)を記入してください。なお、大学・研究機関の場合、申込者の氏名については、研究者の氏名で結構です。

再生医療等製品製造販売業者等にあつては、当該氏名の下に括弧書きで業者コード(9桁)を記入してください。なお、業者コードを持たない方は業者コードを「99999999」と、自ら治療を実施する方は業者コードを「999999888」と記入してください。

4 添付資料の構成等については、相談申込書提出前に事前面談をご利用いただき、必要かつ十分な資料の準備をお願いします。

(別添 4)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査等業務関係業務方法書実施細則(平成16年細則第4号)の様式第31号

再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談対面助言申込書

処 理 欄

相談対象	<input type="checkbox"/> 再生医療等製品 <input type="checkbox"/> その他
担当分野	
被験製品の名称又は識別記号	
予定される類別	
構成細胞及び導入遺伝子の名称	
用法又は使用方法の概要	
予定される効能・効果又は性能	
手数料の区分	<input type="checkbox"/> 再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談 <input type="checkbox"/> 再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談(別に定める要件を満たす大学・研究機関、ベンチャー企業)
相談内容の概要	
相談資料作成時に助言を得た専門家の氏名及び所属	
同一被験製品についての過去の対面助言(治療相談を含む)	
特定細胞加工物等としての臨床使用実績の有無	
海外における承認状況	
添付資料一覧	
本申込みの担当者氏名、所属及び連絡先(電話、ファクシミリ、メールアドレス)	
備考	

上記により対面助言を申し込みます。

平成 年 月 日

住 所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
氏 名(法人にあっては、名称及び申込者の氏名) 印

(業者コード)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
審査センター長 豊

(新設)

(注意)

1 用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。

2 記入欄に記入事項のすべてを記入できないときは、その欄に「別紙()のとおり」と記入し別紙を添付すること。

3 申込書の記入要領は以下のとおり。

(1)相談対象欄

該当するものにチェックしてください。ヒトの体内で導入遺伝子を発現させることを意図した製品であって、予防を目的とするもの(ただし、再生医療等製品に該当するものを除く。例: 遺伝子組換え生ワクチン)は、「その他」にチェックを入れてください。

(2)担当分野欄

「薬事戦略相談に関する実施要綱」の別紙3「新医薬品、医療機器及び再生医療等製品の分野」から、該当する分野を選んで記入してください。

(3)被験製品の名称又は識別記号欄

被験製品の名称又は識別記号を記入してください。

(4)予定される類別欄

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第二を参考に記載してください。なお、遺伝子組換え生ワクチンの場合は、空欄としてください。

(5)構成細胞及び導入遺伝子の名称欄

品目に含まれる構成細胞及び導入遺伝子の概略を把握できるような名称(例えば、ヒト(自己)○○由来細胞シート、ヒト○○遺伝子○○ウイルスベクターなど)を記入してください。

(6)用法又は使用方法の概要欄

用法(皮下注射、静脈内投与等の投与経路等)又は使用方法(移植部位、移植手法等)の概要を記入してください。

(7)予定される効能、効果又は性能欄

予定される効能、効果又は性能について記入してください。

(8)手数料の区分欄

該当する相談の区分にチェックしてください。

(9)相談内容の概略欄

相談内容を具体的に記入してください。別紙として添付しても差し支えありません。

ん。なお、提出の際には、本欄の記入内容について、電子媒体(テキスト形式)を
あわせて提出してください。

(10) 相談資料作成時に助言を得た専門家の氏名及び所属欄

相談資料の作成に当たり、指導・助言を得た外部の専門家がいる場合には、そ
の氏名及び所属を記入してください。対面助言に参加を予定している外部専門家
には、氏名の頭に○印を付けてください。

(11) 同一被験製品についての過去の対面助言(治療相談を含む)欄

同一被験製品について過去に対面助言(治療相談を含む)を行っている場合に
は、その受付番号及び対面助言(治療相談を含む)の区分、相談年月日を記入し
てください。同一成分であって用法又は使用方法、及び効能、効果又は性能等が
今回の申込みと異なる被験製品に対して相談を行っている場合も同様に記入し、
年月日の後ろに括弧書きでその旨を記入してください。

(12) 特定細胞加工物等としての臨床使用実績の有無欄

被験製品が細胞加工物であり、同等の細胞加工物が「再生医療等の安全性の確
保等に関する法律」に定義される特定細胞加工物等として臨床における使用実績
がある場合にあつてはその旨を記載してください。また、被験製品が遺伝子治療を
目的としたベクターであり、当該ベクターを利用した臨床研究としての前例がある場
合にあつてはその旨を記載してください。

(13) 海外における承認状況欄

相談対象の被験製品が承認されている場合には、国名、承認年、承認効能を
「○○国(2003年承認、重症熱傷)」のように記入してください。

(14) 添付資料一覧欄

本申込みにあたり添付する資料の一覧を記入してください。

(15) 本申込みの担当者氏名、所属及び連絡先(電話、ファクシミリ、メールアドレス)
欄

本相談の連絡窓口になる担当者1名(共同開発の場合にあつては、複数可)に
ついて氏名、所属及び連絡先(電話、ファクシミリ、メールアドレス)を記入してくださ
い。

なお、機関からの問い合わせ、案内等はこの欄に記入された担当者宛に行いま

すので、誤記、記入漏れ等のないようにお願いいたします。

自ら治験を実施する医師の場合には、所属は医療機関名及びその所属診療科を記入してください。

(16) 備考欄

①共同開発の場合において連名で申込みを行わない場合には、共同開発の相手会社名等を記入し、その旨を明らかにしてください。

②自ら実施する治験の場合には、「自らが実施する治験」と記入してください。また、被験製品提供者が定まっている場合には、被験製品提供者名、提供者の連絡先担当者名、電話番号及びフアクシミリ番号を記入してください。

③日程調整依頼を行う場合にあっては、対面助言の実施を希望する日(午前又は午後)及び希望しない日(午前又は午後)を可能な限り記載してください。

④日程調整結果を受けて本申込みを行う場合には、例えば「日程調整の結果、平成○年○月○日(午前)・○日(午後)の対面助言実施予定」のように日程調整結果を記入してください。

⑤コンピネーション製品になる予定の被験製品についてはその旨を記載してください。

⑥遺伝子組換え生ワクチンについてはその旨記載してください。

(17) その他

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、名称及び申込者の氏名)を記入してください。なお、大学・研究機関の場合、申込者の氏名については、研究者の氏名で結構です。

再生医療等製品又は医薬品製造販売業者等にあっては、当該氏名の下に括弧書きで業者コード(9桁)を記入してください。なお、業者コードを持たない方は業者コードを「999999999」と、自ら治験を実施する方は業者コードを「9999999888」と記入してください。

4 添付資料の構成等については、相談申込書提出前に事前面談をご利用いただき、必要かつ十分な資料の準備をお願いします。

(別添5)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査等業務関係業務方法書実施細則（平成16年細則第4号）の様式第32号

薬事開発計画等戦略各相談対面助言申込書

処 理 欄

相談対象	<input type="checkbox"/> 医薬品 <input type="checkbox"/> 医療機器 <input type="checkbox"/> 体外診断用医薬品 <input type="checkbox"/> 再生医療等製品
相談申込者(法人にあつては名称)	
相談担当者名	
相談担当者所属	
相談担当者電話番号	
相談担当者FAX番号	
相談担当者メールアドレス	
他の面談出席者(氏名・所属)	
担当分野	
被験物の名称又は台験成分記号	
相談内容(表題)	
相談内容(相談内容)	
対面助言希望日	
備考	

上記により対面助言を申し込みます。

平成 年 月 日

住 所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏 名(法人にあつては、名称及び申込者の氏名) 印

(業 者 コー ド)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

審査センター長 豊

(新形式)

(注意)

1 用紙の大きさは日本工業規格A4としてください。

2 記入欄に記入事項のすべてを記入できないときは、その欄に「別紙()のとおり」と記入し別紙を添付してください。

3 申込書の記入要領は以下のとおり。

(1)相談対象欄

該当するものにチェックしてください。

(2)相談申込者欄

法人にあつては名称を記入してください。

(3)担当分野欄

「薬事戦略相談に関する実施要綱」の別紙3「新医薬品、医療機器及び再生医療等製品の分野」から、該当する分野を選んで記入してください。

(4)相談内容欄

表題を付すとともに、本質問の申込みに至った背景及び質問の内容を整理し、相談品目の概要を記入してください。

(5)対面助言希望日欄

面談を希望する日を複数日記入してください。

(6)備考欄

その他、補足等があれば記入してください。

(別紙②)	(別紙②)
<p>遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性に係る相談を行う場合の資料に含めるべき内容について</p> <p>1 起原又は発見の経緯及び外国における使用状況について</p> <p>1 開発の経緯、特徴及び有用性</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象疾患及び現在の治療法の概略、どのような理論的根拠又は経緯で遺伝子治療(遺伝子導入)により治療可能であると考えるに至ったか記載する。 類似の製品を用いた人への臨床研究が既に行われている場合には、その概要、成果及び本製品との関係を記載する。 遺伝子導入方法の概略を記載する。ウイルスベクターを使うのか、ウイルスベクター以外の方法で行うのか、遺伝子導入を体外で行う(ex vivo 法)のか、体内で行う(in vivo 法)のか、投与経路、投与方法等の概要を明らかにするとともに、当該導入法を選択した理由について記載する。 投与される遺伝子治療用医薬品の構造、製法、性質等製品の概要を記載する。 <p>2 名称、特許及び申請内容</p> <p>3 外国における申請状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 外国における申請状況及び臨床使用状況(承認及び治験の別)について記載する。 <p>4 特徴及び有用性</p> <ul style="list-style-type: none"> 基礎試験成績からみた特徴及び有用性の要約等について記載する。 <p>II 製造方法について</p> <p>1 遺伝子導入法で区分した各々の製造について</p> <p>(1) ウイルスベクターを用いて遺伝子を導入する場合</p> <p>① 当該遺伝子導入法を選択した理由及びその特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> ウイルス及びヘルパー又はパッケージング細胞の選択根拠を、ウイルス 	<p>遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性に係る相談を行う場合の資料に含めるべき内容について</p> <p>1 起原又は発見の経緯及び外国における使用状況について</p> <p>1 開発の経緯、特徴及び有用性</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象疾患及び現在の治療法の概略、どのような理論的根拠又は経緯で遺伝子治療(遺伝子導入)により治療可能であると考えるに至ったか記載する。 類似の製品を用いた人への臨床研究が既に行われている場合には、その概要、成果及び本製品との関係を記載する。 遺伝子導入方法の概略を記載する。ウイルスベクターを使うのか、ウイルスベクター以外の方法で行うのか、遺伝子導入を体外で行う(ex vivo 法)のか、体内で行う(in vivo 法)のか、投与経路、投与方法等の概要を明らかにするとともに、当該導入法を選択した理由について記載する。 投与される遺伝子治療用医薬品の構造、製法、性質等製品の概要を記載する。 <p>2 名称、特許及び申請内容</p> <p>3 外国における申請状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 外国における申請状況及び臨床使用状況(承認及び治験の別)について記載する。 <p>4 特徴及び有用性</p> <ul style="list-style-type: none"> 基礎試験成績からみた特徴及び有用性の要約等について記載する。 <p>II 製造方法について</p> <p>1 遺伝子導入法で区分した各々の製造について</p> <p>(1) ウイルスベクターを用いて遺伝子を導入する場合</p> <p>① 当該遺伝子導入法を選択した理由及びその特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> ウイルス及びヘルパー又はパッケージング細胞の選択根拠を、ウイルス

スペクターやヘルパーの構造を含めて記載する。

- ウイルスベクターの作製方法に特徴がある場合はその理由を記載する。
- 増殖性ウイルスが出現しないように設計されている場合には、その理論的根拠を明らかにする。

② 野生型ウイルスの生物学的特徴及びび人に対する影響

- ウイルスベクターの元になる野生型ウイルスの名称、由来、構造、生活環、宿主域、病原性、細胞傷害性、物理化学的安定性等についての知見を記載する。特に人に対する病原性又は細胞傷害性が知られている場合には、その詳細な資料を添付する。

③ 導入 DNA 又は RNA

(i) 作製方法

- 人に導入される DNA 又は RNA(ウイルス粒子内にパッケージされている DNA 又は RNA)の構成成分(目的遺伝子、プロモータ、エンハンサー等の調節塩基配列、複製単位、選択遺伝子及びその他の他のコンストラクトを形成する塩基配列部分)すべてについてその由来(起原及び入手方法)を明らかにする。目的遺伝子については、構築手順、増幅法及び精製法を詳細に記載する。その他の核酸塩基配列で、その構築、増幅及び精製について特記することがあれば明らかにする。
- ウイルスベクターを作製するために用いるプラスミドの由来(起原及び入手方法)、構成成分、構築手順、増幅法及び精製法を明らかにする。
- 目的遺伝子が合成遺伝子の場合も、対応する遺伝子がある場合は、その由来について同様に記載する。天然には存在しない合成遺伝子が導入される場合は、その塩基配列の意味について記載する。
- ウイルスベクターを作製するために用いるプラスミドを含めて、ウイルスベクターの構築手順、増幅法及び精製法を詳細に記載する。パッケージング細胞を用いる場合には、その作製手順、選択・同定方法及び種細胞株を確立するまでの単離純化方法についても記載する。

(ii) 構造分析

スペクターやヘルパーの構造を含めて記載する。

- ウイルスベクターの作製方法に特徴がある場合はその理由を記載する。
- 増殖性ウイルスが出現しないように設計されている場合には、その理論的根拠を明らかにする。

② 野生型ウイルスの生物学的特徴及びび人に対する影響

- ウイルスベクターの元になる野生型ウイルスの名称、由来、構造、生活環、宿主域、病原性、細胞傷害性、物理化学的安定性等についての知見を記載する。特に人に対する病原性又は細胞傷害性が知られている場合には、その詳細な資料を添付する。

③ 導入 DNA 又は RNA

(i) 作製方法

- 人に導入される DNA 又は RNA(ウイルス粒子内にパッケージされている DNA 又は RNA)の構成成分(目的遺伝子、プロモータ、エンハンサー等の調節塩基配列、複製単位、選択遺伝子及びその他の他のコンストラクトを形成する塩基配列部分)すべてについてその由来(起原及び入手方法)を明らかにする。目的遺伝子については、構築手順、増幅法及び精製法を詳細に記載する。その他の核酸塩基配列で、その構築、増幅及び精製について特記することがあれば明らかにする。
- ウイルスベクターを作製するために用いるプラスミドの由来(起原及び入手方法)、構成成分、構築手順、増幅法及び精製法を明らかにする。
- 目的遺伝子が合成遺伝子の場合も、対応する遺伝子がある場合は、その由来について同様に記載する。天然には存在しない合成遺伝子が導入される場合は、その塩基配列の意味について記載する。
- ウイルスベクターを作製するために用いるプラスミドを含めて、ウイルスベクターの構築手順、増幅法及び精製法を詳細に記載する。パッケージング細胞を用いる場合には、その作製手順、選択・同定方法及び種細胞株を確立するまでの単離純化方法についても記載する。

(ii) 構造分析

<ul style="list-style-type: none"> 人に導入される DNA 又は RNA の塩基配列を明らかにする。目的遺伝子及びびランキンク領域(目的産物をコードする翻訳配列の 5' 及び 3' 両端に隣接する非翻訳領域であり、翻訳配列の転写、翻訳及び安定性に重要な影響を及ぼす領域を示す。これらの領域には、プロモーター、エンハンサー、スプライシング配列等を含むが、複製開始点及び抗生物質耐性遺伝子は含まない)については配列分析を行う。その他の塩基配列のうち、既知のものについては文献等を引用して情報提供する。未知のものについては配列分析を行う。配列分析はバリデーショナルされた方法により行い、その方法も記載する。制限酵素切断地図及び構成成分(目的遺伝子、調節塩基配列、複製単位、選択遺伝子、その他のコンストラクトを形成する塩基配列部分等)の配置図を記載する。 目的遺伝子と自然界に存在する遺伝子との構造及び塩基配列の比較(DNA か染色体 DNA か、置換、付加、欠失等の変異の有無、相同性等)を記載する。 人に導入される DNA 又は RNA に含まれるすべての翻訳可能領域を明らかにする。また、生理活性を持つ可能性のある塩基配列についても記載する。 <p>(iii) 性質</p> <ul style="list-style-type: none"> 導入遺伝子の発現機構について記載する。遺伝子の発現が何らかの調節を受けるように設計されている場合には、その調節機構及びその実験的根拠を記載する。 人に導入された DNA 又は RNA は染色体に組み込まれるか、またはエピソームとして存在するか、前者の場合には、部位特異的か非特異的か、後者の場合には染色体外複製を伴うのかについて記載する。 導入遺伝子の発現は一過性のものか、持続性のものかを、理論的又は実験的根拠に基づいて記載する。 <p>(iv) 導入遺伝子からの生成物の構造及び生物活性</p>	<ul style="list-style-type: none"> 人に導入される DNA 又は RNA の塩基配列を明らかにする。目的遺伝子及びびランキンク領域(目的産物をコードする翻訳配列の 5' 及び 3' 両端に隣接する非翻訳領域であり、翻訳配列の転写、翻訳及び安定性に重要な影響を及ぼす領域を示す。これらの領域には、プロモーター、エンハンサー、スプライシング配列等を含むが、複製開始点及び抗生物質耐性遺伝子は含まない)については配列分析を行う。その他の塩基配列のうち、既知のものについては文献等を引用して情報提供する。未知のものについては配列分析を行う。配列分析はバリデーショナルされた方法により行い、その方法も記載する。制限酵素切断地図及び構成成分(目的遺伝子、調節塩基配列、複製単位、選択遺伝子、その他のコンストラクトを形成する塩基配列部分等)の配置図を記載する。 目的遺伝子と自然界に存在する遺伝子との構造及び塩基配列の比較(DNA か染色体 DNA か、置換、付加、欠失等の変異の有無、相同性等)を記載する。 人に導入される DNA 又は RNA に含まれるすべての翻訳可能領域を明らかにする。また、生理活性を持つ可能性のある塩基配列についても記載する。 <p>(iii) 性質</p> <ul style="list-style-type: none"> 導入遺伝子の発現機構について記載する。遺伝子の発現が何らかの調節を受けるように設計されている場合には、その調節機構及びその実験的根拠を記載する。 人に導入された DNA 又は RNA は染色体に組み込まれるか、またはエピソームとして存在するか、前者の場合には、部位特異的か非特異的か、後者の場合には染色体外複製を伴うのかについて記載する。 導入遺伝子の発現は一過性のものか、持続性のものかを、理論的又は実験的根拠に基づいて記載する。 <p>(iv) 導入遺伝子からの生成物の構造及び生物活性</p>
--	--

<p>・ 導入遺伝子からの全発現産物の構造(リボザイムのようなものの場合にはその塩基配列)及び生物活性について記載する。特に、人に対する影響が知られている場合には詳細な資料を添付する。</p> <p>④ その他のDNAの作製方法、構造及び性質</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ヘルパー及びウイルスベクターを作製するために用いたプラスミド以外で遺伝子治療用医薬品の製造過程において使用するDNAがある場合には、その由来、作製方法、構造、性質等について記載する。 <p>⑤ パッケージングに用いる細胞の培養方法、生物学的特徴及び人に対する影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パッケージング細胞を使用する場合には、パッケージングに用いる細胞の名称、由来、病原性、増殖性、成長因子依存性、フェノタイプ、腫瘍形成能、安定性等についての知見を記載する。 ・ 細胞の培養方法について記載する。 <p>⑥ パッケージング細胞の培養方法、生物学的特徴及び人に対する影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パッケージング細胞を使用する場合には、その名称、作製方法、増殖性ウイルス出現の可能性、病原性、増殖性、成長因子依存性、フェノタイプ、腫瘍形成能、安定性等についての知見を記載する。元の細胞の性質が変化した点も含め詳細な資料を添付する。 ・ 細胞の培養方法について記載する。 <p>⑦ ウイルスベクター産生細胞の人に対する影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 特にウイルスベクター産生細胞を人に移植する場合であって、人に対する病原性又は細胞傷害性が知られている場合には、その詳細な資料を添付する。 <p>⑧ ウイルスベクターの粒子構造上の特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 野生型ウイルス粒子との構造上の相違点があれば記載する。 <p>⑨ ウイルスベクターの生物学的特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ウイルスベクターにより、どのような細胞に遺伝子導入が行えるか、種特異性・組織特異性があるか、静止期の細胞への遺伝子導入は可能なかどうかについて記載する。遺伝子の導入効率及び導入遺伝子の発現効率 	<p>・ 導入遺伝子からの全発現産物の構造(リボザイムのようなものの場合にはその塩基配列)及び生物活性について記載する。特に、人に対する影響が知られている場合には詳細な資料を添付する。</p> <p>④ その他のDNAの作製方法、構造及び性質</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ヘルパー及びウイルスベクターを作製するために用いたプラスミド以外で遺伝子治療用医薬品の製造過程において使用するDNAがある場合には、その由来、作製方法、構造、性質等について記載する。 <p>⑤ パッケージングに用いる細胞の培養方法、生物学的特徴及び人に対する影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パッケージング細胞を使用する場合には、パッケージングに用いる細胞の名称、由来、病原性、増殖性、成長因子依存性、フェノタイプ、腫瘍形成能、安定性等についての知見を記載する。 ・ 細胞の培養方法について記載する。 <p>⑥ パッケージング細胞の培養方法、生物学的特徴及び人に対する影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パッケージング細胞を使用する場合には、その名称、作製方法、増殖性ウイルス出現の可能性、病原性、増殖性、成長因子依存性、フェノタイプ、腫瘍形成能、安定性等についての知見を記載する。元の細胞の性質が変化した点も含め詳細な資料を添付する。 ・ 細胞の培養方法について記載する。 <p>⑦ ウイルスベクター産生細胞の人に対する影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 特にウイルスベクター産生細胞を人に移植する場合であって、人に対する病原性又は細胞傷害性が知られている場合には、その詳細な資料を添付する。 <p>⑧ ウイルスベクターの粒子構造上の特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 野生型ウイルス粒子との構造上の相違点があれば記載する。 <p>⑨ ウイルスベクターの生物学的特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ウイルスベクターにより、どのような細胞に遺伝子導入が行えるか、種特異性・組織特異性があるか、静止期の細胞への遺伝子導入は可能なかどうかについて記載する。遺伝子の導入効率及び導入遺伝子の発現効率
--	--

<p>について記載する。導入遺伝子の細胞内での存在様式、安定性について記載する。なお、染色体内に組み込まれる場合には、その位置が特定されているか不特定かを明らかにする。</p> <p>⑩ ウイルスベクターの製造方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ウイルスベクターの製造方法について前記各項における記述をもとに記載する。また、その精製法について記載する。実用化のためスケールアップ等の措置を講じた場合は、適切なシリージョンデータを示し、その内容を記載する。パッケージング細胞を使用する場合には、その作製手順、選択・同定方法及び種細胞株を確立するまでの単離純化方法、MCB及びWCBの調製・保存方法、管理法、更新法、特徴及びパッケージング細胞に挿入されたDNA又はRNAの安定性についても記載する。さらに、培養期間中を通じて、またロット間で細胞フェノタイプ等が変化していないことの確認試験方法及び試験結果を記載する。 ・ 増殖性ウイルスを含めて品質管理に必要な安全試験の試験時期、試験方法及び試験結果を記載する。 <p>⑪ セルバンクシステム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ウイルスベクター、目的遺伝子、ウイルスベクターを製造するために用いたプラスミド、ウイルスの製造、パッケージングに用いる細胞、パッケージング細胞及びウイルスベクター産生細胞にセルバンクシステムを使用する場合には、その調製方法、保存方法、管理方法、更新法等について、各物質の製造、各細胞の項で詳細に記載する。パッケージングに用いる細胞やパッケージング細胞では凍結及び解凍手順、解凍後及び培養後の確認試験並びに凍結有効期間についても記載する。 <p>(2) 非ウイルスベクターを用いて遺伝子を導入する場合</p> <p>① 遺伝子導入法の理論的根拠及び実験的根拠</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該遺伝子導入法の理論的根拠及び実験的根拠について記載する。この際、非ウイルスベクターの構造上の特徴を含めて説明する。 <p>② 導入DNA又はRNA</p> <p>(i) 作製方法</p>	<p>について記載する。導入遺伝子の細胞内での存在様式、安定性について記載する。なお、染色体内に組み込まれる場合には、その位置が特定されているか不特定かを明らかにする。</p> <p>⑩ ウイルスベクターの製造方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ウイルスベクターの製造方法について前記各項における記述をもとに記載する。また、その精製法について記載する。実用化のためスケールアップ等の措置を講じた場合は、適切なシリージョンデータを示し、その内容を記載する。パッケージング細胞を使用する場合には、その作製手順、選択・同定方法及び種細胞株を確立するまでの単離純化方法、MCB及びWCBの調製・保存方法、管理法、更新法、特徴及びパッケージング細胞に挿入されたDNA又はRNAの安定性についても記載する。さらに、培養期間中を通じて、またロット間で細胞フェノタイプ等が変化していないことの確認試験方法及び試験結果を記載する。 ・ 増殖性ウイルスを含めて品質管理に必要な安全試験の試験時期、試験方法及び試験結果を記載する。 <p>⑪ セルバンクシステム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ウイルスベクター、目的遺伝子、ウイルスベクターを製造するために用いたプラスミド、ウイルスの製造、パッケージングに用いる細胞、パッケージング細胞及びウイルスベクター産生細胞にセルバンクシステムを使用する場合には、その調製方法、保存方法、管理方法、更新法等について、各物質の製造、各細胞の項で詳細に記載する。パッケージングに用いる細胞やパッケージング細胞では凍結及び解凍手順、解凍後及び培養後の確認試験並びに凍結有効期間についても記載する。 <p>(2) 非ウイルスベクターを用いて遺伝子を導入する場合</p> <p>① 遺伝子導入法の理論的根拠及び実験的根拠</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該遺伝子導入法の理論的根拠及び実験的根拠について記載する。この際、非ウイルスベクターの構造上の特徴を含めて説明する。 <p>② 導入DNA又はRNA</p> <p>(i) 作製方法</p>
--	--

<p>・ 人に導入される DNA 又は RNA(非ウイルスベクター内に含まれている DNA 又は RNA)の構成成分(目的遺伝子、プロモータ、エンハンサー等の調節塩基配列、複製単位、選択遺伝子及びその他のコンストラクトを形成する塩基配列部分)すべてについてその由来(起原及び入手方法を明らかにする。目的遺伝子については、構築手順、増幅法及び精製法を詳細に記載する。その他の核酸塩基配列で、その構築、増幅及び精製について特記することがあれば明らかにする。</p> <p>・ 目的遺伝子が合成遺伝子の場合も、対応する遺伝子がある場合は、その由来について同様に記載する。天然には存在しない合成遺伝子が導入される場合は、その塩基配列の意味について記載する。</p> <p>・ 人に導入される DNA 又は RNA の構築手順、増幅法及び精製法を詳細に記載する。</p> <p>・ 人に導入される DNA 又は RNA 及び目的遺伝子の製造にセルバシクスシステムを使用する場合には、その調製方法、保存方法、管理法、更新法等についても詳細に記載する。</p>	<p>・ 人に導入される DNA 又は RNA(非ウイルスベクター内に含まれている DNA 又は RNA)の構成成分(目的遺伝子、プロモータ、エンハンサー等の調節塩基配列、複製単位、選択遺伝子及びその他のコンストラクトを形成する塩基配列部分)すべてについてその由来(起原及び入手方法を明らかにする。目的遺伝子については、構築手順、増幅法及び精製法を詳細に記載する。その他の核酸塩基配列で、その構築、増幅及び精製について特記することがあれば明らかにする。</p> <p>・ 目的遺伝子が合成遺伝子の場合も、対応する遺伝子がある場合は、その由来について同様に記載する。天然には存在しない合成遺伝子が導入される場合は、その塩基配列の意味について記載する。</p> <p>・ 人に導入される DNA 又は RNA の構築手順、増幅法及び精製法を詳細に記載する。</p> <p>・ 人に導入される DNA 又は RNA 及び目的遺伝子の製造にセルバシクスシステムを使用する場合には、その調製方法、保存方法、管理法、更新法等についても詳細に記載する。</p>
<p>(ii) 構造分析</p> <p>・ II の 1 の(1)の③の(ii)に同じ。</p> <p>(iii) 性質</p> <p>・ II の 1 の(1)の③の(iii)に同じ。</p> <p>(iv) 導入遺伝子からの生成物の構造及び生物活性</p> <p>・ II の 1 の(1)の③の(iv)に同じ。</p> <p>③ その他の DNA の製造方法、構造及び性質</p> <p>・ 人に導入される DNA 又は RNA 以外で遺伝子治療用医薬品の製造過程において使用する DNA がある場合は、その由来、作製方法、構造、性質等について記載する。DNA の製造にセルバシクスシステムを使用する場合には、その調製方法、保存方法、管理法、更新法等について詳細に記載する。</p> <p>④ 非ウイルスベクターの製造方法</p> <p>・ 非ウイルスベクターの製造手順、精製法及び管理法について記載す</p>	<p>(ii) 構造分析</p> <p>・ II の 1 の(1)の③の(ii)に同じ。</p> <p>(iii) 性質</p> <p>・ II の 1 の(1)の③の(iii)に同じ。</p> <p>(iv) 導入遺伝子からの生成物の構造及び生物活性</p> <p>・ II の 1 の(1)の③の(iv)に同じ。</p> <p>③ その他の DNA の製造方法、構造及び性質</p> <p>・ 人に導入される DNA 又は RNA 以外で遺伝子治療用医薬品の製造過程において使用する DNA がある場合は、その由来、作製方法、構造、性質等について記載する。DNA の製造にセルバシクスシステムを使用する場合には、その調製方法、保存方法、管理法、更新法等について詳細に記載する。</p> <p>④ 非ウイルスベクターの製造方法</p> <p>・ 非ウイルスベクターの製造手順、精製法及び管理法について記載す</p>

<p>る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ベクターのすべての各構成成分(タンパク質、糖質、脂質等)について、由来、調製法、精製法、品質等を詳細に記載する。 タンパク質、糖質、脂質等生物起原由来の材料を使用する場合には、感染性微生物による汚染の可能性を否定しておくこと。 <p>⑤ 非ウイルスベクターの構造又は組成分析</p> <ul style="list-style-type: none"> ベクターの構造又は組成について記載する。 ベクターの各構成成分(タンパク質、糖質、脂質等)について、ベクター製造前後の構造又は組成を明らかにしておく。各構成成分につきロット更新を行う場合には、ロット間の恒常性を明らかにする。例えば、組換えタンパク質やモノクローナル抗体が構成成分の一部である場合には目的タンパク質生産用の種細胞株の樹立、セルバンクの調製方法、保存方法、管理方法、更新法、生産のための細胞培養方法、目的タンパク質の精製法、構造・組成解析、特性解析、規格及び試験方法並びに保存安定性に関する資料が必要である。 ベクターの各構成成分について医薬品としての使用実績があれば記載する。 <p>⑥ 非ウイルスベクターの生物学的特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 当該ベクターにより、どのような細胞に遺伝子導入が行えるか、種特異性 組織特異性があるか、静止期の細胞への遺伝子導入は可能かなどについて記載する。遺伝子の導入効率及び導入遺伝子の発現効率について記載する。導入遺伝子の細胞内での存在様式、安定性について記載する。なお、染色体内に組み込まれる場合には、その位置が特定されているか不特定かを明らかにする。 <p>(3) 直接 DNA 又は RNA を導入する場合</p> <p>① 遺伝子導入方法の理論的根拠</p> <ul style="list-style-type: none"> 当該遺伝子導入法の理論的根拠について記載する。 <p>② 導入 DNA 又は RNA</p>	<p>る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ベクターのすべての各構成成分(タンパク質、糖質、脂質等)について、由来、調製法、精製法、品質等を詳細に記載する。 タンパク質、糖質、脂質等生物起原由来の材料を使用する場合には、感染性微生物による汚染の可能性を否定しておくこと。 <p>⑤ 非ウイルスベクターの構造又は組成分析</p> <ul style="list-style-type: none"> ベクターの構造又は組成について記載する。 ベクターの各構成成分(タンパク質、糖質、脂質等)について、ベクター製造前後の構造又は組成を明らかにしておく。各構成成分につきロット更新を行う場合には、ロット間の恒常性を明らかにする。例えば、組換えタンパク質やモノクローナル抗体が構成成分の一部である場合には目的タンパク質生産用の種細胞株の樹立、セルバンクの調製方法、保存方法、管理方法、更新法、生産のための細胞培養方法、目的タンパク質の精製法、構造・組成解析、特性解析、規格及び試験方法並びに保存安定性に関する資料が必要である。 ベクターの各構成成分について医薬品としての使用実績があれば記載する。 <p>⑥ 非ウイルスベクターの生物学的特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 当該ベクターにより、どのような細胞に遺伝子導入が行えるか、種特異性 組織特異性があるか、静止期の細胞への遺伝子導入は可能かなどについて記載する。遺伝子の導入効率及び導入遺伝子の発現効率について記載する。導入遺伝子の細胞内での存在様式、安定性について記載する。なお、染色体内に組み込まれる場合には、その位置が特定されているか不特定かを明らかにする。 <p>(3) 直接 DNA 又は RNA を導入する場合</p> <p>① 遺伝子導入方法の理論的根拠</p> <ul style="list-style-type: none"> 当該遺伝子導入法の理論的根拠について記載する。 <p>② 導入 DNA 又は RNA</p>
--	--

<p>(i) 作製方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IIの1の(2)の②の(i)に同じ。 <p>(ii) 構造分析</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IIの1の(1)の③の(ii)に同じ。 <p>(iii) 性質</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IIの1の(1)の③の(iii)に同じ。 <p>(iv) 導入遺伝子からの生成物の構造及び生物活性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IIの1の(1)の③の(iv)に同じ。 <p>③ 遺伝子導入操作</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実際の導入手順、使用する試薬、機器等について記載する。 <p>④ 当該導入法の生物学的特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該導入法により、どのような細胞に遺伝子導入が行えるか、種特異性・組織特異性があるか、静止期の細胞への遺伝子導入は可能かなどについて記載する。遺伝子の導入効率及び導入遺伝子の発現効率について記載する。導入遺伝子の細胞内での存在様式、安定性について記載する。なお、染色体内に組み込まれる場合には、その位置が特定されているか不特定かを明らかにする。 <p>2 投与方法による区分について</p> <p>(1) ex vivo 法の場合</p> <p>① 標的細胞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 標的細胞の由来(どの組織に属するものか、患者自身、他人又は異種由来のものか)及び生物学的特徴について記載する。また、その他の細胞に遺伝子導入する場合と比較して、有利な点及び不利な点について記載し、当該細胞を標的細胞として選択した理由を記載する。 <p>② 細胞供与者の選択基準</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 患者自身以外の細胞を標的細胞とする場合、HIV—1、HIV—2、B型及びC型肝炎ウイルス、HTLV—1等のウイルス並びに他の感染性微生物による汚染を否定しておくこと。また、供与者の年齢、性、血清学的データ及び病歴を明らかにしておくこと。さらに、供与者の選択基準及びそ 	<p>(i) 作製方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IIの1の(2)の②の(i)に同じ。 <p>(ii) 構造分析</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IIの1の(1)の③の(ii)に同じ。 <p>(iii) 性質</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IIの1の(1)の③の(iii)に同じ。 <p>(iv) 導入遺伝子からの生成物の構造及び生物活性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IIの1の(1)の③の(iv)に同じ。 <p>③ 遺伝子導入操作</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実際の導入手順、使用する試薬、機器等について記載する。 <p>④ 当該導入法の生物学的特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該導入法により、どのような細胞に遺伝子導入が行えるか、種特異性・組織特異性があるか、静止期の細胞への遺伝子導入は可能かなどについて記載する。遺伝子の導入効率及び導入遺伝子の発現効率について記載する。導入遺伝子の細胞内での存在様式、安定性について記載する。なお、染色体内に組み込まれる場合には、その位置が特定されているか不特定かを明らかにする。 <p>2 投与方法による区分について</p> <p>(1) ex vivo 法の場合</p> <p>① 標的細胞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 標的細胞の由来(どの組織に属するものか、患者自身、他人又は異種由来のものか)及び生物学的特徴について記載する。また、その他の細胞に遺伝子導入する場合と比較して、有利な点及び不利な点について記載し、当該細胞を標的細胞として選択した理由を記載する。 <p>② 細胞供与者の選択基準</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 患者自身以外の細胞を標的細胞とする場合、HIV—1、HIV—2、B型及びC型肝炎ウイルス、HTLV—1等のウイルス並びに他の感染性微生物による汚染を否定しておくこと。また、供与者の年齢、性、血清学的データ及び病歴を明らかにしておくこと。さらに、供与者の選択基準及びそ
---	---

<p>の理由を記載する。複数の供与者からの混合細胞は使用すべきでない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 他人を細胞供与者とする場合には、組織適合型抗原のタイプを記載する。 ・ 異種を細胞供与者とする場合には、その起原、遺伝的性質、飼育管理状況及び健康状態について記載する。ウイルス及び他の感染性微生物による汚染を否定しておくこと。 ・ セルバンク使用の場合には、起原及び由来、バンクの調製方法、保存方法、管理方法、更新法、凍結及び解凍手順、解凍後及び培養後の確認試験、ウイルス及び他の感染性微生物による汚染の否定、細胞生存率等の受け入れ基準についても記載する。 <p>③ 細胞培養</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 細胞採取方法、採取量、回数、間隔、培養方法、細胞確認、遺伝子導入方法、導入遺伝子の安定性、産生物の量、化学的及び生物学的性質の確認、成長因子依存性並びに培養期間について、試薬及び機器を含め記載する。試薬及び機器に関しては、外来性微生物汚染の混入防止のために講じた対策及び処置についても記載する。 ・ 放射線照射等の処理を行う場合、時期及び方法を記載する。 ・ 凍結法、凍結有効期間及び解凍後の確認法について記載する。 ・ 培養期間中を通じて、またロット間で細胞フェノタイプの望ましくない変化が生じないことの確認試験方法及び試験結果を記載する。 <p>④ 遺伝子導入細胞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子が導入された細胞を患者に戻すに当たって行う操作を記載し、試薬等の残留量確認試験方法及び試験結果を記載する。 ・ 無菌性試験、マインコブラズマ否定試験、増殖性ウイルス否定試験及びエンドキシン否定試験について、方法、スケジュール及び結果を記載する。 <p>⑤ 投与方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子が導入された細胞を患者に投与方法、投与回数、間隔等 	<p>の理由を記載する。複数の供与者からの混合細胞は使用すべきでない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 他人を細胞供与者とする場合には、組織適合型抗原のタイプを記載する。 ・ 異種を細胞供与者とする場合には、その起原、遺伝的性質、飼育管理状況及び健康状態について記載する。ウイルス及び他の感染性微生物による汚染を否定しておくこと。 ・ セルバンク使用の場合には、起原及び由来、バンクの調製方法、保存方法、管理方法、更新法、凍結及び解凍手順、解凍後及び培養後の確認試験、ウイルス及び他の感染性微生物による汚染の否定、細胞生存率等の受け入れ基準についても記載する。 <p>③ 細胞培養</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 細胞採取方法、採取量、回数、間隔、培養方法、細胞確認、遺伝子導入方法、導入遺伝子の安定性、産生物の量、化学的及び生物学的性質の確認、成長因子依存性並びに培養期間について、試薬及び機器を含め記載する。試薬及び機器に関しては、外来性微生物汚染の混入防止のために講じた対策及び処置についても記載する。 ・ 放射線照射等の処理を行う場合、時期及び方法を記載する。 ・ 凍結法、凍結有効期間及び解凍後の確認法について記載する。 ・ 培養期間中を通じて、またロット間で細胞フェノタイプの望ましくない変化が生じないことの確認試験方法及び試験結果を記載する。 <p>④ 遺伝子導入細胞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子が導入された細胞を患者に戻すに当たって行う操作を記載し、試薬等の残留量確認試験方法及び試験結果を記載する。 ・ 無菌性試験、マインコブラズマ否定試験、増殖性ウイルス否定試験及びエンドキシン否定試験について、方法、スケジュール及び結果を記載する。 <p>⑤ 投与方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子が導入された細胞を患者に投与方法、投与回数、間隔等
--	--

<p>ついて具体的に記載する。</p> <p>(2) in vivo 法の場合</p> <p>① 標的細胞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 標的細胞の生物学的特徴について記載する。特に、標的細胞が目的遺伝子を欠損している場合には、それによってもたらされる特徴を詳細に述べる。また、その他の細胞に遺伝子導入する場合と比較して、有利な点及び不利な点について記載し、当該細胞を標的細胞として選択した理由を記載する。 <p>② 投与方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子導入の方法、投与量、投与回数、間隔等について具体的に記載する。 <p>③ 標的細胞以外(特に生殖細胞系列)への遺伝子導入の可能性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 標的細胞以外の細胞、特に、生殖細胞系列に遺伝子が導入されないようにするためにもどのような措置を講じたか記載する。動物モデル実験を含め、標的細胞以外の細胞へ遺伝子が導入されたことがあるか記載する。また、導入された場合の予想される影響について記載する。 	<p>ついて具体的に記載する。</p> <p>(2) in vivo 法の場合</p> <p>① 標的細胞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 標的細胞の生物学的特徴について記載する。特に、標的細胞が目的遺伝子を欠損している場合には、それによってもたらされる特徴を詳細に述べる。また、その他の細胞に遺伝子導入する場合と比較して、有利な点及び不利な点について記載し、当該細胞を標的細胞として選択した理由を記載する。 <p>② 投与方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子導入の方法、投与量、投与回数、間隔等について具体的に記載する。 <p>③ 標的細胞以外(特に生殖細胞系列)への遺伝子導入の可能性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 標的細胞以外の細胞、特に、生殖細胞系列に遺伝子が導入されないようにするためにもどのような措置を講じたか記載する。動物モデル実験を含め、標的細胞以外の細胞へ遺伝子が導入されたことがあるか記載する。また、導入された場合の予想される影響について記載する。
<p>III 規格及び試験方法並びに製剤設計</p> <p>(1) 遺伝子治療用医薬品原体の純度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療用医薬品原体の純度に関して、生物学的及び化学的混入物の検出対象とした物質、その理由、用いた試験方法、検出感度並びに試験結果を記載する。予測される混入物に関するプロセスバリデーションを製造及び精製過程でどのように行ったかについても記載する。 ・ 治療に直接関係しないが重大な生物学的又は免疫学的な活性を持つ産物(副産物)があれば記載する。 <p>(2) 細菌、迷入ウイルス、マイコプラズマ、真菌等による汚染の可能性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 細菌、迷入ウイルス、マイコプラズマ、真菌等による汚染の可能性及びそれを阻止するために講じた措置を記載する。予測されるウイルス混入に関するプロセスバリデーションを行った場合には、どのように行ったかについても記載 	<p>III 規格及び試験方法並びに製剤設計</p> <p>(1) 遺伝子治療用医薬品原体の純度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療用医薬品原体の純度に関して、生物学的及び化学的混入物の検出対象とした物質、その理由、用いた試験方法、検出感度並びに試験結果を記載する。予測される混入物に関するプロセスバリデーションを製造及び精製過程でどのように行ったかについても記載する。 ・ 治療に直接関係しないが重大な生物学的又は免疫学的な活性を持つ産物(副産物)があれば記載する。 <p>(2) 細菌、迷入ウイルス、マイコプラズマ、真菌等による汚染の可能性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 細菌、迷入ウイルス、マイコプラズマ、真菌等による汚染の可能性及びそれを阻止するために講じた措置を記載する。予測されるウイルス混入に関するプロセスバリデーションを行った場合には、どのように行ったかについても記載

<p>する。また、これらの検出に用いた試験方法、検出感度及び試験結果について記載する。</p> <p>(3) エントキシン汚染の可能性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ エントキシン汚染の可能性及びそれを阻止するために講じた措置を記載する。また、エントキシンの検出に用いた試験方法、検出感度及び試験結果について記載する。採用した試験方法では、検体がエントキシンの検出を妨害しないことを確認する。 <p>(4) 製剤化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 製剤化方法について詳細に記載する。製品の無菌性及び純度を確保するための方法を記載する。また、混入物及び分解物として検出対象とした物質、その理由、用いた試験方法、検出感度並びに試験結果を記載する。 ・ 遺伝子治療用製剤として特殊な容器を用いる場合には、その内容を記載する。 <p>(5) ロット間製造管理(規格及び試験方法)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 原体及び製剤について、ロット間製造管理の方法を記載する。適切な規格及び試験方法を設定し、その根拠を明らかにする。規格試験項目としては、例えば、①性状を記載する、②理化学的試験、生物学的試験及び免疫化学的試験等を目的に応じて用い、適切な確認試験を設定する、③不純物に関する限度試験及び有害汚染物質否定試験を行う、④導入遺伝子からの発現産物又は関連した産物及び機能について、可能な場合には、力価又はその程度を測定し、可能でない場合には、その他測定可能な指標を測定しておく、⑤生細胞を含む場合には、その生存率を定量し、許容限界を設定する、などが挙げられるが、製品ごとに最も適切な試験項目を設定することが重要である。 ・ 設定の根拠を示すに当たって用いたロットの数の妥当性について述べる。 <p>IV 安定性試験</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 原体及び製剤について、適切な安定性試験を行い、貯法及び有効期限を設定する。設定根拠を明らかにする。その設定の根拠を示すに当たって用いたロット 	<p>する。また、これらの検出に用いた試験方法、検出感度及び試験結果について記載する。</p> <p>(3) エントキシン汚染の可能性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ エントキシン汚染の可能性及びそれを阻止するために講じた措置を記載する。また、エントキシンの検出に用いた試験方法、検出感度及び試験結果について記載する。採用した試験方法では、検体がエントキシンの検出を妨害しないことを確認する。 <p>(4) 製剤化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 製剤化方法について詳細に記載する。製品の無菌性及び純度を確保するための方法を記載する。また、混入物及び分解物として検出対象とした物質、その理由、用いた試験方法、検出感度並びに試験結果を記載する。 ・ 遺伝子治療用製剤として特殊な容器を用いる場合には、その内容を記載する。 <p>(5) ロット間製造管理(規格及び試験方法)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 原体及び製剤について、ロット間製造管理の方法を記載する。適切な規格及び試験方法を設定し、その根拠を明らかにする。規格試験項目としては、例えば、①性状を記載する、②理化学的試験、生物学的試験及び免疫化学的試験等を目的に応じて用い、適切な確認試験を設定する、③不純物に関する限度試験及び有害汚染物質否定試験を行う、④導入遺伝子からの発現産物又は関連した産物及び機能について、可能な場合には、力価又はその程度を測定し、可能でない場合には、その他測定可能な指標を測定しておく、⑤生細胞を含む場合には、その生存率を定量し、許容限界を設定する、などが挙げられるが、製品ごとに最も適切な試験項目を設定することが重要である。 ・ 設定の根拠を示すに当たって用いたロットの数の妥当性について述べる。 <p>IV 安定性試験</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 原体及び製剤について、適切な安定性試験を行い、貯法及び有効期限を設定する。設定根拠を明らかにする。その設定の根拠を示すに当たって用いたロット
---	---

<p>の数の妥当性について述べる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原体及び製剤について、必要があれば、貯法以外又は有効期限を越える保存について検討し、安定性の限界を確認しておく。 複数の製剤がある場合には、予備試験の結果から最も保存条件の影響を受けやすいと判断される製剤の製品について安定性試験を行い、その成績を予備試験成績とともに提出する。 製剤の経時変化による副産物の出現が認められる場合のみ、その活性(毒性等)を必要に応じて試験する。 <p>V 非臨床安全性試験</p> <p>(1) 増殖性ウイルス出現の可能性</p> <ul style="list-style-type: none"> ウイルスベクターを使用する場合には、突然変異又は内在性レトロウイルス断片等との組換えにより増殖性ウイルスが出現する可能性はどの程度あるか、増殖性ウイルスの出現を阻止するために講じた措置及び増殖性ウイルスが出現した場合の対処方法について記載する。また、増殖性ウイルスの検出に用いた試験方法の概要、検出感度及び試験結果について記載する。 <p>(2) 細胞傷害性</p> <ul style="list-style-type: none"> ウイルスベクター又は非ウイルスベクターの構成成分及び遺伝子導入法が直接的又は間接的に細胞又は組織に傷害を与える可能性について記載する。また、細胞傷害性を減じるために講じた処置について記載する。 <p>(3) 染色体への遺伝子組込み</p> <ul style="list-style-type: none"> 細胞当たりのコピー数ほどの程度か、導入遺伝子が染色体に組み込まれる場合には、組み込み位置は特定されているかなどについて記載する。これまでの実験で、遺伝子の組み込みにより細胞内遺伝子の活性化、不活性化及び変異が認められたことがあるか記載する。 <p>(4) 発現産物の異常発現に起因する安全性</p> <ul style="list-style-type: none"> 導入遺伝子からの発現産物が標的細胞及び個体に有害な影響を与える可能性について記載する。治療効果を得るために必要な発現量の安全域について記載する。遺伝子が過剰に発現した場合には、どのような副作用が予測 	<p>の数の妥当性について述べる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原体及び製剤について、必要があれば、貯法以外又は有効期限を越える保存について検討し、安定性の限界を確認しておく。 複数の製剤がある場合には、予備試験の結果から最も保存条件の影響を受けやすいと判断される製剤の製品について安定性試験を行い、その成績を予備試験成績とともに提出する。 製剤の経時変化による副産物の出現が認められる場合のみ、その活性(毒性等)を必要に応じて試験する。 <p>V 非臨床安全性試験</p> <p>(1) 増殖性ウイルス出現の可能性</p> <ul style="list-style-type: none"> ウイルスベクターを使用する場合には、突然変異又は内在性レトロウイルス断片等との組換えにより増殖性ウイルスが出現する可能性はどの程度あるか、増殖性ウイルスの出現を阻止するために講じた措置及び増殖性ウイルスが出現した場合の対処方法について記載する。また、増殖性ウイルスの検出に用いた試験方法の概要、検出感度及び試験結果について記載する。 <p>(2) 細胞傷害性</p> <ul style="list-style-type: none"> ウイルスベクター又は非ウイルスベクターの構成成分及び遺伝子導入法が直接的又は間接的に細胞又は組織に傷害を与える可能性について記載する。また、細胞傷害性を減じるために講じた処置について記載する。 <p>(3) 染色体への遺伝子組込み</p> <ul style="list-style-type: none"> 細胞当たりのコピー数ほどの程度か、導入遺伝子が染色体に組み込まれる場合には、組み込み位置は特定されているかなどについて記載する。これまでの実験で、遺伝子の組み込みにより細胞内遺伝子の活性化、不活性化及び変異が認められたことがあるか記載する。 <p>(4) 発現産物の異常発現に起因する安全性</p> <ul style="list-style-type: none"> 導入遺伝子からの発現産物が標的細胞及び個体に有害な影響を与える可能性について記載する。治療効果を得るために必要な発現量の安全域について記載する。遺伝子が過剰に発現した場合には、どのような副作用が予測
--	--

<p>されるか、また、患者をこれらの副作用から守る方法について記載する。</p> <p>(5) がん原性</p> <ul style="list-style-type: none"> 当該遺伝子又は遺伝子導入法を使用したこれまでの実験で、その原因の如何を問わず細胞の増殖能の変化、腫瘍形成及びがん化の有無について記載する。 <p>(6) 免疫原性</p> <ul style="list-style-type: none"> 導入遺伝子の発現産物及びベクターに含まれるタンパク質等による抗原性の賦与その他による望ましくない免疫反応を引き起こす可能性について記載する。 適当な動物モデルが利用可能な場合、細胞供与側と受容側の抗原性の相違、移植された細胞に対する免疫又はアレルギー反応、治療の安全性に対するその影響の評価、自己免疫及び移植細胞—宿主間反応について記載する。 <p>(7) 一般毒性試験</p> <ul style="list-style-type: none"> 製剤が試験するのに十分大量に製造された場合には、一般毒性試験を行い、結果を記載する。 <p>VI 効能試験</p> <p>(1) 培養細胞での遺伝子導入研究成果</p> <p>① 実験計画の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 実験の目的及び実験計画の概要について記載する。また、標的細胞の特徴及び当該細胞を選んだ理由について明らかにする。この実験のどの部分か臨床試験を実施する上で参考になるのかを明らかにする。 <p>② 培養細胞における遺伝子の導入効率並びに導入遺伝子の構造及び安定性</p> <ul style="list-style-type: none"> 何パーセントの細胞に遺伝子が導入できたか、導入遺伝子のコピー数、存在様式及び構造について記載する。遺伝子の構造が変化しているものはどの程度あったか、一旦導入された遺伝子はどのくらいの期間まで細胞内に存在できることが確認できたか、その間構造の変化はあったかについて明らかにする。 	<p>されるか、また、患者をこれらの副作用から守る方法について記載する。</p> <p>(5) がん原性</p> <ul style="list-style-type: none"> 当該遺伝子又は遺伝子導入法を使用したこれまでの実験で、その原因の如何を問わず細胞の増殖能の変化、腫瘍形成及びがん化の有無について記載する。 <p>(6) 免疫原性</p> <ul style="list-style-type: none"> 導入遺伝子の発現産物及びベクターに含まれるタンパク質等による抗原性の賦与その他による望ましくない免疫反応を引き起こす可能性について記載する。 適当な動物モデルが利用可能な場合、細胞供与側と受容側の抗原性の相違、移植された細胞に対する免疫又はアレルギー反応、治療の安全性に対するその影響の評価、自己免疫及び移植細胞—宿主間反応について記載する。 <p>(7) 一般毒性試験</p> <ul style="list-style-type: none"> 製剤が試験するのに十分大量に製造された場合には、一般毒性試験を行い、結果を記載する。 <p>VI 効能試験</p> <p>(1) 培養細胞での遺伝子導入研究成果</p> <p>① 実験計画の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 実験の目的及び実験計画の概要について記載する。また、標的細胞の特徴及び当該細胞を選んだ理由について明らかにする。この実験のどの部分か臨床試験を実施する上で参考になるのかを明らかにする。 <p>② 培養細胞における遺伝子の導入効率並びに導入遺伝子の構造及び安定性</p> <ul style="list-style-type: none"> 何パーセントの細胞に遺伝子が導入できたか、導入遺伝子のコピー数、存在様式及び構造について記載する。遺伝子の構造が変化しているものはどの程度あったか、一旦導入された遺伝子はどのくらいの期間まで細胞内に存在できることが確認できたか、その間構造の変化はあったかについて明らかにする。
---	---

<p>③ 培養細胞に導入された遺伝子の機能</p> <ul style="list-style-type: none"> 細胞に導入された遺伝子からの発現効率及びその持続性について記載する。また、導入遺伝子からの生成物の生物活性についての解析結果について記載する。遺伝子発現産物がどのような様式及び状態で発現しているか(構造的特徴、膜結合型又は可溶化型等)について可能な範囲で記載する。遺伝子の発現が調節を受けるように計画されている場合には、調節がうまく働いているか記載する。遺伝子発現産物の合成速度及び分泌速度について記載する。 <p>④ 培養細胞を用いた実験の評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 遺伝子を導入することにより、期待された細胞フェノタイプの変化が認められたか明らかにする。その他実験中に認められた細胞の形態学的及び機能的変化について記載する。遺伝子導入を行った細胞が当初の目的とする生物活性(細胞傷害活性、幹細胞増殖性等)を保持していることを明らかにしておくこと。 <p>(2) 実験動物での遺伝子導入研究成果</p> <p>① 実験計画の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 実験の目的及び実験計画の概要を記載する。動物の種類及びその動物を選んだ理由を記載する。疾患モデル動物を使った場合には、その由来及び特徴を明らかにする。また、動物モデル(トランスジェニック動物を含む)を使った場合には、人を対象とする臨床研究との類似点及び相違点について明らかにする。疾患モデル動物を使用しない場合には、動物実験により得られる情報と臨床研究との関連性について明らかにする。 <p>② 実験動物における遺伝子の導入効率並びに導入遺伝子の構造及び安定性</p> <ul style="list-style-type: none"> 何パーセントの細胞に遺伝子が導入できたか、導入された遺伝子のコピー数、存在様式及び構造について記載する。遺伝子の構造が変化しているものはどの程度あったか記載する。また、一旦導入された遺伝子はどの位の期間まで細胞内に存在できることが確認できたか、その間、構造の変化はなかったか等について記載する。 <p>③ 実験動物に導入された遺伝子の機能</p>	<p>③ 培養細胞に導入された遺伝子の機能</p> <ul style="list-style-type: none"> 細胞に導入された遺伝子からの発現効率及びその持続性について記載する。また、導入遺伝子からの生成物の生物活性についての解析結果について記載する。遺伝子発現産物がどのような様式及び状態で発現しているか(構造的特徴、膜結合型又は可溶化型等)について可能な範囲で記載する。遺伝子の発現が調節を受けるように計画されている場合には、調節がうまく働いているか記載する。遺伝子発現産物の合成速度及び分泌速度について記載する。 <p>④ 培養細胞を用いた実験の評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 遺伝子を導入することにより、期待された細胞フェノタイプの変化が認められたか明らかにする。その他実験中に認められた細胞の形態学的及び機能的変化について記載する。遺伝子導入を行った細胞が当初の目的とする生物活性(細胞傷害活性、幹細胞増殖性等)を保持していることを明らかにしておくこと。 <p>(2) 実験動物での遺伝子導入研究成果</p> <p>① 実験計画の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 実験の目的及び実験計画の概要を記載する。動物の種類及びその動物を選んだ理由を記載する。疾患モデル動物を使った場合には、その由来及び特徴を明らかにする。また、動物モデル(トランスジェニック動物を含む)を使った場合には、人を対象とする臨床研究との類似点及び相違点について明らかにする。疾患モデル動物を使用しない場合には、動物実験により得られる情報と臨床研究との関連性について明らかにする。 <p>② 実験動物における遺伝子の導入効率並びに導入遺伝子の構造及び安定性</p> <ul style="list-style-type: none"> 何パーセントの細胞に遺伝子が導入できたか、導入された遺伝子のコピー数、存在様式及び構造について記載する。遺伝子の構造が変化しているものはどの程度あったか記載する。また、一旦導入された遺伝子はどの位の期間まで細胞内に存在できることが確認できたか、その間、構造の変化はなかったか等について記載する。 <p>③ 実験動物に導入された遺伝子の機能</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> ・ 実験動物に導入された遺伝子の発現効率及び生成物の生物活性について記載する。経時的な発現量の変化についても記載する。遺伝子の発現が調節を受けるように計画されている場合には、調節がうまく働いているかを明らかにする。 <p>④ 実験動物の評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子を導入することにより、期待された細胞フェノタイプの変化や期待された組織又は個体への影響が確認されたかについて記載する。その他実験中に認められた細胞レベル、組織レベル又は個体レベルの形態学的、機能的な変化について記載する。 <p>VII 体内動態等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療用医薬品又は遺伝子が導入された細胞の動物での吸収、分布等体内動態に関する知見を記載する。 ・ 実験動物内での遺伝子導入細胞の生存期間、また ex vivo で遺伝子が導入された細胞が特定の部位(組織等)に到達する必要がある場合には、当該細胞の in vivo での局在性を明らかにしておく。 <p>VIII 非臨床試験結果等の総括</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IIからVIIを総括し、現在の知見で遺伝子治療用医薬品の安全性が適切に確保されており、品質、安全性及び予想される有効性の面から臨床試験を行うことの正当性を記載する。 <p>IX 遺伝子治療臨床試験の概要</p> <p>(1) 適応症として選択した疾患</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 対象疾患の病因、疫学、病態、臨床経過、治療法、予後等対象疾患に関して、現在得られている知見を簡潔に記載する。 <p>(2) 遺伝子治療臨床試験計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療臨床試験を含め、被験者に対して行われるすべての治療内容を記載する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実験動物に導入された遺伝子の発現効率及び生成物の生物活性について記載する。経時的な発現量の変化についても記載する。遺伝子の発現が調節を受けるように計画されている場合には、調節がうまく働いているかを明らかにする。 <p>④ 実験動物の評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子を導入することにより、期待された細胞フェノタイプの変化や期待された組織又は個体への影響が確認されたかについて記載する。その他実験中に認められた細胞レベル、組織レベル又は個体レベルの形態学的、機能的な変化について記載する。 <p>VII 体内動態等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療用医薬品又は遺伝子が導入された細胞の動物での吸収、分布等体内動態に関する知見を記載する。 ・ 実験動物内での遺伝子導入細胞の生存期間、また ex vivo で遺伝子が導入された細胞が特定の部位(組織等)に到達する必要がある場合には、当該細胞の in vivo での局在性を明らかにしておく。 <p>VIII 非臨床試験結果等の総括</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IIからVIIを総括し、現在の知見で遺伝子治療用医薬品の安全性が適切に確保されており、品質、安全性及び予想される有効性の面から臨床試験を行うことの正当性を記載する。 <p>IX 遺伝子治療臨床試験の概要</p> <p>(1) 適応症として選択した疾患</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 対象疾患の病因、疫学、病態、臨床経過、治療法、予後等対象疾患に関して、現在得られている知見を簡潔に記載する。 <p>(2) 遺伝子治療臨床試験計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療臨床試験を含め、被験者に対して行われるすべての治療内容を記載する。
--	--

<p>(3) 遺伝子治療臨床試験実施の正当性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療用医薬品により、どのような機序で治療効果が得られるのかを明らかにする。また、遺伝子の発現制御の必要性の有無、必要ない場合にはその理由を明らかにする。既存の治療法と比べて優れていると考えられる点及び劣っていると考えられる点を踏まえ、遺伝子治療を行うべき理由を記載する。 <p>(4) 遺伝子治療臨床試験実施施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設名及び当該施設が本臨床試験を行うのに十分な施設・体制を持つことを説明する。 <p>(5) 被験者の選択基準及び除外基準</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 年間推定患者数、対象患者が多い場合には選択法及び除外基準について記載する。 <p>(6) 被験者の同意の取得方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ インフォームド・コンセントの実施方法について記載する。 <p>(7) 目標症例数及び実施期間</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 必要とする症例数及び実施期間並びにその根拠について記載する。 <p>(8) 実施方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療臨床研究の具体的な実施方法について記載する。 <p>(9) 患者フォロー予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 患者に投与されたベクター、遺伝子又は遺伝子が導入された細胞の生体内分布、遺伝子及び細胞の生存 ・ 機能発現期間、増殖性ウイルスや投与による随伴症状等の、場合によっては生涯にわたる観察予定を記載する。 <p>(10) 患者以外への遺伝子導入の可能性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 患者に投与した遺伝子が、周囲の患者以外の人に導入される可能性について記載する。また、患者が妊娠した場合に、患者に投与した遺伝子が胎児に導入される可能性について記載する。 <p>(11) 倫理的配慮</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療臨床試験の実施に当たり、配慮すべき患者等への倫理的事項に 	<p>(3) 遺伝子治療臨床試験実施の正当性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療用医薬品により、どのような機序で治療効果が得られるのかを明らかにする。また、遺伝子の発現制御の必要性の有無、必要ない場合にはその理由を明らかにする。既存の治療法と比べて優れていると考えられる点及び劣っていると考えられる点を踏まえ、遺伝子治療を行うべき理由を記載する。 <p>(4) 遺伝子治療臨床試験実施施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設名及び当該施設が本臨床試験を行うのに十分な施設・体制を持つことを説明する。 <p>(5) 被験者の選択基準及び除外基準</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 年間推定患者数、対象患者が多い場合には選択法及び除外基準について記載する。 <p>(6) 被験者の同意の取得方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ インフォームド・コンセントの実施方法について記載する。 <p>(7) 目標症例数及び実施期間</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 必要とする症例数及び実施期間並びにその根拠について記載する。 <p>(8) 実施方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療臨床研究の具体的な実施方法について記載する。 <p>(9) 患者フォロー予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 患者に投与されたベクター、遺伝子又は遺伝子が導入された細胞の生体内分布、遺伝子及び細胞の生存 ・ 機能発現期間、増殖性ウイルスや投与による随伴症状等の、場合によっては生涯にわたる観察予定を記載する。 <p>(10) 患者以外への遺伝子導入の可能性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 患者に投与した遺伝子が、周囲の患者以外の人に導入される可能性について記載する。また、患者が妊娠した場合に、患者に投与した遺伝子が胎児に導入される可能性について記載する。 <p>(11) 倫理的配慮</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺伝子治療臨床試験の実施に当たり、配慮すべき患者等への倫理的事項に
---	---

<p>ついて記載する。治験審査委員会における審査の過程及び結果、運営等の規則を示す書類を提出すること。</p> <p>X 製造施設・設備</p> <p>(1) 位置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 製造所の平面図と作業区域の位置を図示する。なお、製品等の保管場所や試験検査を行う場所も記載する。 <p>(2) 構造・設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業区域の平面図及び遺伝子治療用医薬品の製造に用いる主要設備・装置について記載する。 	<p>ついて記載する。治験審査委員会における審査の過程及び結果、運営等の規則を示す書類を提出すること。</p> <p>X 製造施設・設備</p> <p>(1) 位置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 製造所の平面図と作業区域の位置を図示する。なお、製品等の保管場所や試験検査を行う場所も記載する。 <p>(2) 構造・設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業区域の平面図及び遺伝子治療用医薬品の製造に用いる主要設備・装置について記載する。
---	---

(別紙3)

新医薬品、医療機器及び再生医療等製品の分野

1. 新医薬品又は再生医療等製品

分野	対象
第1分野	消化器官用薬、外皮用薬、免疫抑制剤、その他(他の分野に分類されないもの)
第2分野	循環器官用薬、抗パーキンソン剤、アルツハイマー病薬
第3分野の1	中枢神経系用薬、末梢神経系用薬。ただし、麻酔用薬を除く
第3分野の2	麻酔用薬、感覚器官用薬(炎症性疾患に係るものを除く)、麻薬
第4分野	抗菌剤、抗ウイルス剤(エイズ医薬品分野に係るものを除く)、抗真菌剤、抗原虫剤、駆虫剤
第5分野	泌尿生殖器官・肛門用薬、医療用配合剤
第6分野の1	呼吸器官用薬、アレルギー用薬(外皮用薬を除く)、感覚器官用薬(炎症性疾患に係るもの)
第6分野の2	ホルモン剤、代謝性疾患用剤(糖尿病、骨粗鬆症、痛風、先天性代謝異常等)
抗悪性腫瘍剤分野	抗悪性腫瘍薬
エイズ医薬品分野	HIV感染症治療薬
放射性医薬品分野	放射性医薬品
体内診断薬分野	造影剤、機能検査用試薬(体外診断用医薬品を除く)
再生医療製品分野	再生医療製品(細胞・組織加工製品)
ワクチン分野	ワクチン(感染症の予防に係るものに限る)、抗毒素類
血液製剤分野	血液製剤
再生医療製品分野	再生医療等製品のうち細胞組織を加工したもの
遺伝子治療分野	再生医療等製品のうち遺伝子治療を目的としたもの、カルタペナ

(注意)

- ①移植免疫抑制用薬、解毒剤、腎臓系疾患用薬等は、第1分野になります。
- ②第1分野の「消化器官用薬」は、肝臓系疾患用薬、膵臓系疾患用薬を含みます。「外皮用薬」には、外用以外の皮膚科用薬及び一般に体内吸収を目的とする外用剤は含みません。
- ③抗生物質を有効成分とする眼科用剤等は、第3分野の1、第3分野の2、第6分野の1ではなく、第4分野になります。

(別紙3)

新医薬品及び医療機器の分野

1. 新医薬品

分野	対象
第1分野	消化器官用薬、外皮用薬
第2分野	循環器官用剤、抗パーキンソン病薬、脳循環・代謝改善薬、アルツハイマー病薬
第3分野の1	中枢神経系用薬、末梢神経系用薬。ただし、麻酔用薬を除く
第3分野の2	麻酔用薬、感覚器官用薬(炎症性疾患に係るものを除く)、麻薬
第4分野	抗菌剤、寄生虫・抗ウイルス剤(エイズ医薬品分野を除く)
第5分野	泌尿生殖器官・肛門用薬、医療用配合剤
第6分野の1	呼吸器官用薬、アレルギー用薬、感覚器官用薬(炎症性疾患)
第6分野の2	ホルモン剤、代謝性疾患用薬(配合剤を除く)
抗悪性腫瘍剤分野	抗悪性腫瘍用薬
エイズ医薬品分野	HIV感染症治療薬
放射性医薬品分野	放射性医薬品
体内診断薬分野	造影剤
再生医療製品分野	再生医療製品(細胞・組織加工製品)
遺伝子治療分野	遺伝子治療薬、カルタペナ
バイオ品質分野	バイオ品質、バイオ後続品
ワクチン分野	ワクチン、抗毒素類
血液製剤分野	血液製剤

(注意)

- ①移植免疫抑制用薬、解毒剤、腎臓系疾患用薬等は、第1分野になります。
- ②第1分野の「消化器官用薬」は、肝臓系疾患用薬、膵臓系疾患用薬を含みます。「外皮用薬」には、外用以外の皮膚科用薬及び一般に体内吸収を目的とする外用剤は含みません。
- ③抗生物質を有効成分とする眼科用剤等は、第3分野の1、第3分野の2、第6分野の1ではなく、第4分野になります。
- ④第5分野の「医療用配合剤」とは、主として類似処方医療用配合剤を指します。それ以外の医療用配合剤については、予定される効能・効果の該当分野になります。

④第5分野の「医療用配合剤」とは、主として類似処方医療用配合剤を指します。それ以外の医療用配合剤については、予定される効能・効果の該当分野になります。

⑤第6分野の1の「アレルギーマスター用薬」は、内服薬を対象としています。「アレルギーマスター」のうち、外用薬は第1分野になります。

⑥第6分野の2の「ホルモン剤、代謝性疾患用薬」は、糖尿病薬、骨粗鬆症薬、消化ホルモン剤以外のホルモン剤、痛風薬、先天性代謝異常治療薬を含みます。ただし、ホルモン剤のうち泌尿生殖器官用薬については、第6分野の2ではなく、第5分野になります。

⑤第6分野の1の「アレルギーマスター用薬」は、内服薬を対象としています。「アレルギーマスター」のうち、外用薬は第1分野になります。

⑥第6分野の2の「ホルモン剤、代謝性疾患用薬」は、糖尿病薬、骨粗鬆症薬、消化ホルモン剤以外のホルモン剤、痛風薬、先天性代謝異常治療薬を含みます。ただし、ホルモン剤のうち泌尿生殖器官用薬については、第6分野の2ではなく、第5分野になります。

2. 医療機器(体外診断用医薬品を担当する分野を含む)

分野	対象
第1分野	主として眼科、耳鼻咽喉科領域
第2分野	主として歯科領域
第3分野の1	主として脳・循環器、呼吸器、精神・神経領域(材料系)のうち、インターベンション機器関係
第3分野の2	主として脳・循環器、呼吸器、精神・神経領域(材料系)のうち、インターベンション機器以外の機器関係
第4分野	主として脳・循環器、呼吸器、精神・神経領域(機械系)
第5分野	主として消化器系、泌尿器系、産婦人科領域
第6分野の1	主として整形分野のうち膝・上肢関節、股・指関節等の関節に関する医療機器
第6分野の2	主として整形分野のうちプレート・スクリュー、髄内釘・脊椎等の固定材及び関連する器械・機械、並びに形成外科、皮膚科領域の医療機器
第7分野	主として臨床検査領域(体外診断用医薬品関係)
第8分野	主として多科に関わる医療機器、高度医用電子機器及び他分野に属さない医療機器

2. 医療機器(体外診断用医薬品、細胞・組織加工製品を担当する分野を含む)

分野	対象
第1分野	主として眼科、耳鼻咽喉科領域
第2分野	主として歯科領域
第3分野の1	主として脳・循環器、呼吸器、精神・神経領域(材料系)のうち、インターベンション機器関係
第3分野の2	主として脳・循環器、呼吸器、精神・神経領域(材料系)のうち、インターベンション機器以外の機器関係
第4分野	主として脳・循環器、呼吸器、精神・神経領域(機械系)
第5分野	主として消化器系、泌尿器系、産婦人科領域
第6分野の1	主として整形分野のうち膝・上肢関節、股・指関節等の関節に関する医療機器
第6分野の2	主として整形分野のうちプレート・スクリュー、髄内釘・脊椎等の固定材及び関連する器械・機械、並びに形成外科、皮膚科領域の医療機器
第7分野	主として臨床検査領域(体外診断用医薬品関係)
第8分野	主として多科に関わる医療機器、高度医用電子機器及び他分野に属さない医療機器
再生医療製品分野	再生医療製品(細胞・組織加工製品)

